



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET



DOKUMENTACIJA NADMETANJA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE

DOKUMENTACIJA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE

Predmet nabave : **Suhi sterilizator**

Evidencijski broj nabave : **B02/14**

Zagreb, travanj 2014. godine

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište naručitelja: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

OIB: 45001686598, MBS: 3270211

Internetska adresa: www.mef.hr

Osoba za kontakt : Maja Džapo

Telefon: ++385-1/4566-992

Telefax: ++385-1/4566-724

e-mail: maja.dzapo@mef.hr

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave i procijenjena vrijednost nabave

Nabava i instalacija opreme –SUHI STERILIZATOR - 1 kom, procijenjena vrijednost je 130.000,00 kn.

2.2. Opis i tehnička specifikacija predmeta nabave

Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave nalaze se pod točkom 8. Opis predmeta nabave – tehničke specifikacije / troškovnik - tehničke karakteristike.

2.3. Mjesto isporuke predmeta nabave

Mjesto isporuke i instalacije predmeta nabave je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 11, 10000 Zagreb – Zavod za farmakologiju – prostor za pranje – soba 19.

2.4. Rok isporuke predmeta nabave/ispunjenja ugovornih obveza

Ugovorne obveze (isporuka, postavljenje do pune funkcije predmeta nabave) Isporučitelj će izvršiti u roku ne dužem od 90 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.

2.5. Način nuđenja predmeta nabave

Ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupan predmet nabave. Obrazac ponude nalazi se u privitku i sastavni je dio ove dokumentacije.

2.6. Dokazi o sposobnosti – ponuditelj dostavlja fotokopiju slijedećih dokaza

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu - ne starija od 3 mjeseca od dana objave na webu. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta - ne starija od 30 dana od dana objave na webu. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.

- Potvrde od druge ugovorne strane o izvršenim uslugama u posljednje 3 godine kojima se dokazuje zadovoljavajuće izvršenje 2 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, a koje moraju sadržavati slijedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost izvršenih usluga, datum i mjesto izvršenja usluga, navod jesu li usluge izvršene uredno i u skladu s pravilima struke. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde, te zatražiti od ponuditelja dostavljanje originala dokaza o sposobnosti.
- Ponuditelje treba dostaviti Potvrdu koje izdaje nadležno tijelo, odnosno Rješenje/Uvjerenje nadležnog ministarstva da ponuditelj u poslovanju ima integriran ISO 9001 sustav ili važeći certifikat nezavisnog akreditiranog laboratorija ovlaštenog za certificiranje da ponuditelj ima uveden ISO 9001 sustav upravljanja.
- CE izjava o sukladnosti
- Potvrda proizvođača da sustav zadovoljava IQ, OQ kvalifikacijama tj. kvalifikaciji instalacije i kvalifikaciji operativnosti sa mjerenjima temperature na mjestu instaliranja.

3. OBLIK, NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDE

Ponuda obavezno sadrži ove dijelove i mora biti složena ovim redom:

1. popunjen i ovjeren obrazac ponude
2. dokazi o sposobnosti iz točke 2.6
3. popunjen i ovjeren obrazac izjava,
4. popunjen i ovjeren obrazac tehničke specifikacije – katalog sa označenim dijelovima iz tehničke specifikacije
5. sve ostalo što se traži u ovoj dokumentaciji bagatelne nabave,

Nisu dopuštene alternativne ponude.

Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom.

Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi (prekrižiti pogrešan tekst) i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda sa svim traženim priložima, osim kataloga ili prospekata te certifikata, podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Katalogi ili prospekti te certifikati mogu biti na engleskom jeziku.

Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana jemstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez ovjeren pečatom).

Ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranica ponude ili ukupni broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda treba imati sadržaj i brojevima (1., 2., itd.).

Ponuditelj mora priloge ponude u papirnatom obliku (koji ne mogu biti uvezani) obilježiti nazivom, označiti ih kao priloge ponude i dostaviti ih s ponudom.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom i adresom Naručitelja, naznakom predmeta nabave, naznakom evidencijskog broja nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju i naznakom " ne otvaraj" najkasnije do 23. travnja 2014. godine u Uruđbeni zapisnik Medicinskog fakulteta Zagreb, Šalata 3, do 11h sati.

Otvaranje ponuda provesti će se 23. travnja 2014.g u 11h. Otvaranje ponuda nije javno

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponude se ne smiju mijenjati. U roku za dostavu ponuda, ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom, koja se dostavlja na isti način kao i ponuda, izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati i istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

4. CIJENA, ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

4.1 Cijena - Ponuditelj mora iskazati cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i ukupnu cijenu sa porezom na dodanu vrijednost za cjelokupni predmet nabave, izraženu u kunama u apsolutnom iznosu na najviše dvije decimale, koja sadrži sve zavisne troškove i eventualni popusti.

Porez mora biti iskazan posebno, iza cijene ponude. Cijena mora biti napisana brojkama i slovima i izražena u kunama. Ponuđena cijena neće se mijenjati za vrijeme važenja ugovora.

4.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje se obavlja na temelju sklopljenog ugovora o nabavi s odabranim ponuditeljem i to kako slijedi:

Naručitelj se obvezuje izvršiti plaćanje ugovorne cijene putem jednokratnih obroka kako slijedi:

- Prva rata predugjmom u iznosu od 35% ugovorene cijene nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja bjanko zadužnice za dobro izvršenje ugovora od strane ponuditelja.
- Druga rata u iznosu od 65 % ugovorene cijene dospijeva na naplatu nakon dostavljene bjanko zadužnice za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, uspješno obavljene isporuke i montaže sa postavljenjem u punu funkciju u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa.

Ukoliko je vrijednost opreme vezana za stranu valutu, kod obračuna iste koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke odabrane valute na dan dostavljanja ponude.

5. JAMSTVA

5.1 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Odabrani ponuditelj će biti u obvezi, pri zaključenju ugovora o nabavi predati Naručitelju potpisanu i ovjerenu bjanko zadužnicu dodatno ovjerenu kod javnog bilježnika kao ovršna isprava (ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi) na iznos od 10.000,00 kn (slovima: deset tisućakuna) za uredno izvršenje ugovora.

Bjanko zadužnica mora sadržavati podatke o iznosu tražbine i podatke o vjerovniku, mora biti dostavljena u jednom primjerku Navedenu zadužnicu za dobro ispunjenje ugovora odabrani Ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 5 dana od dana potpisa ugovora. Zadužnica za uredno ispunjenje ugovora će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza iz ugovora te treba kao prilog

zadužnice biti dostavljena potvrda da je zadužnica upisana u Hrvatski registar zadužnica. Instalacijom i primopredajom opreme ista će se vratiti odabranom ponuditelju.

5.2 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Odabrani ponuditelj bit će obvezan, prilikom izvršenja nabave, primopredaje i instalacije, dostaviti naručitelju potpisanu i ovjerenu bjanko zadužnicu dodatno ovjerenu kod javnog bilježnika kao ovršna isprava (ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi) na iznos od 10.000,00 kn (slovima: deset tisućakuna)

Bjanko zadužnica mora sadržavati podatke o iznosu tražbine i podatke o vjerovniku, mora biti dostavljena u jednom primjerku. Zaduznica za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku će se naplatiti u slučaju povrede garantnih prava naručitelja, a kao prilog zaduznice treba biti dostavljena potvrda da je zaduznica upisana u Hrvatski registar zaduznica. Navedenu zaduznicu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odabrani ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 5 dana od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

6. OSTALI BITNI UVJETI ZA NABAVU I DRUGI POTREBNI PODACI

6.1. Ponuditelj mora u ponudi dati Izjavu o ovlaštenom servisu u Republici Hrvatskoj za ponuđen predmet nabave po ovom nadmetanju (u obrascu Izjava).

6.2. Isporučitelj je u obvezi isporučen i postavljen predmet nabave koji je predmet ugovora održavati i servisirati kroz vrijeme od najmanje (1) jedne godine od dana uspješno izvršene primopredaje (u obrascu Izjava).

6.3. Odabrani Ponuditelj/Isporučitelj predmeta nabave mora isporučiti uređaj prema Troškovniku/Tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio ove Dokumentacije.

6.4. Isporučitelj ima obvezu nakon isporuke osigurati edukaciju osoblja za rad na uređaju u periodu od najmanje 1 dana te osigurati upute za rad i elektroshemu na hrvatskom jeziku.

OBRAZAC PONUDE

PONUDA br.:DATUM.....

(naziv predmeta nabave)

1. Naručitelj: Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3

2. Opći podaci o ponuditelju

Naziv :

Sjedište :

OIB:

Tel./fax :

Odgovorna osoba:
(ime, prezime i funkcija)

Osoba za kontakt:
(ime , prezime i funkcija)

3. Cijena i ostali podaci ponude

3.1. Sukladno zahtjevu Naručitelja nudimo traženu isporuku
prema Tehničkoj specifikaciji, franco Medicinski
fakultet Zagreb.

Cijena bez PDV-a iznosi : kn, slovima:.....,

PDV za iskazanu cijenu iznosi: kn, slovima:.....,

Ukupna cijena s PDV-om je : kn, slovima:

Cijena je iskazana u apsolutnom iznosu te sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust.

7. OBRAZAC IZJAVA PONUDITELJA

7.1. Plaćanje isporučenog i postavljenog predmeta nabave obavljat će se temeljem sklopljenog Ugovora o nabavi, sukladno prijedlogu ugovora na žiro-račun

broj: _____, kod poslovne banke _____, a sukladno sklopljenom ugovoru.

(Potpis Ponuditelja)

7.2. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, isporučiti i postaviti predmet nabave (sukladno uvjetima propisanim u Opisu predmeta nabave u ovoj Dokumentaciji) i pustiti u rad u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora o nabavi.

(Potpis Ponuditelja)

7.3. Nudimo jamstveni rok za isporučen i postavljen predmet nabave u trajanju od jedne (1) godine od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji sa stavljanjem u funkciju predmeta nabave koji je predmet ugovora.

(Potpis Ponuditelja)

7.4. Prihvaćamo obvezu održavati i servisirati opremu iz ovog nadmetanja u ovlaštenom servisu od strane ovlaštenog servisera i to kroz vrijeme od najmanje jedne (1) godine od dana uspješno izvršene primopredaje.

(Potpis Ponuditelja)

7.5. Izjavljujemo da prihvaćamo obvezu kao Ponuditelj/Isporučitelj, ukoliko ne otklonimo kvar ili oštećenje na uređaju u za to ugovorenom roku, a Naručitelj angažira drugu osobu za otklanjanje kvara, obešteti Naručitelja.

(Potpis Ponuditelja)

7.6. Izjavljujemo da prihvaćamo obvezu prije dospijeća na naplatu ugovorene vrijednosti dostaviti Naručitelju jamstvo u obliku bjanko zadužnice za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna).

(Potpis Ponuditelja)

7.7. Obvezujemo se nakon isporuke i postavljenja uređaja do pune funkcije osigurati edukaciju osoblja za cjelokupni rad na uređaju za ukupno osoblje koje radi na uređaju u trajanju od najmanje jednog (1) radnog dana, te dostaviti upute za rad i elektroshemu na hrvatskom jeziku.

(Potpis Ponuditelja)

7.8. Svojim potpisom i pečatom potvrđujemo da su nam poznate odredbe iz dokumentacije, da smo pregledali lokaciju instalacije opreme, da prihvaćamo uvjete iz dokumentacije i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ovoj ponudi.

.....
Potpis i pečat ponuditelja

.....
Potpis i pečat Naručitelja kao potvrda o obavljenom pregledu lokacije

U, 2014.

U, 2014.

8. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SUHOG STERILIZATORA

Nabavlja se laboratorijski suhi sterilizator – prolazne izvedbe za sterilizaciju opreme i pribora za uzgoj i održavanje nastambi laboratorijskih životinja Zavoda za farmakologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dimenzije:

Vanjske dimenzije : (ŠxVxD) najviše 122 x 190 x 108 cm
Unutarnje dimenzije: (ŠxVxD) najmanje 94 x 122 x 79 cm
Unutarnji volumen: najmanje 900 lit.
Elektro priključak: 3 x 400 V, 50 Hz

Materijal osnovnog kućišta u potpunosti izveden od nehrđajućeg čelika AISI 304

Unutrašnjost od nehrđajućeg lima AISI 304

Najmanje četiri police od nehrđajuće mreže

Nosivost police najmanje 100 kg

Dvokrilna vrata na zaključavanje sa prednje strane i na poleđini - prolazna izvedba

Temperaturno otporna brtva na vratima se traži radi duljeg vijeka trajanja i održavanja konstantne temperature prilikom steriliziranja.

Temperaturno područje steriliziranja od minimalno +50 C do maksimalno + 250°C

Jednolikost temperature unutar cijelog sterilizatora može maksimalno varirati d +/- 2 °C

Mogućnost neprekidnog rada bez pauzi između ciklusa i bez kvarova ili ostalih tehničkih problema koji bi proizašli zbog neprekidnog rada (24 H)

Mikroprocesorski regulator temperature sa LCD ekranom kako bi se osigurala kontinuirana kontrola i korekcija temperature (prikaz temperature na 0,1°C).

Mogućnost programiranja regulatora sa minimalno 10 programa (npr. temperaturne stepenice, dijelovi vremena).

Mogućnost podešavanja programa s obje strane aparata (dvije komandne ploče)

Sistem duple sigurnosti od previsoke temperature koji u slučaju previsoke temperature isključuje grijače mikroprocesorom i mehaničkim sigurnosnim termostatom.

Osigurana prinudna cirkulacija zraka unutar sterilizatora ugrađenim ventilatorom.

Višespojni komunikacijskih ulaz - mogućnost povezivanja s drugim uređajima (računalo, pisač)

Minimum pokazivača postupka sterilizacije uključenog uređaja

Pokazivač uključenih grijača

Pokazivač uključenog ventilatora

Pokazivač programa u odvijanju

Pokazivač zaustavljanja programa

Pokazivač uspješno završenog programa

Pokazivač greške temperaturne sonde

Uređaj mora imati vizualni i akustični alarm u slučaju greške.

Ovime potvrđujemo da nuđena oprema sadrži sve dijelove tehničke specifikacije te da u cijelosti funkcionalno i tehnički odgovara traženoj opremi.

(Ime, prezime, potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)

U Zagrebu, _____2014.g

