

Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave laboratorijskog sterilizatora evidencijski broj nabave: B 02/14, - daje se

Od potencijalnih Ponuditelja zaprimili smo slijedeće upite:

1. PITANJE:

Molim Vas jednu informaciju vezano uz postupak bagatelne nabave za suhi sterilizator - u tehničkoj dokumentaciji je navedeno da je volumen komore 900 L / unutarnje dimenzije: 94x122x79 cm. Mi možemo ponuditi suhi sterilizator najvećeg volumena 750 L / unutarnje dimenzije: 104x120x60 cm. Da li Vam je ta opcija prihvatljiva?

ODGOVOR:

Volumen komore od 900l i tražene unutarnje dimenzije u potpunosti odgovaraju potrebama sterilizacije opreme u našoj nastambi. Unutarnji volumen je prilagođen dimenzijama kaveza koje sada koristimo i to na takav način da u jednom ciklusu rada možemo sterilizirati 50 kaveza, a da pri tom nemamo neiskorišten unutarnji prostor. Zbog navedenih dimenzija smanjuje se broj ciklusa sterilizacije, potrošnja električne energije i vremena. Naručitelj traži navedeni volumen jer tražene dimenzije u potpunosti odgovaraju i iskorištavaju prostor u kojem će se smjestiti sterilizator, dakle Naručitelju nije prihvatljiva opcija sterilizatora sa manjim volumenom.

2. PITANJE:

U dokumentaciji za natjecanje na str.3 zahtijevate da ponuditelj u poslovanju ima integriran ISO 9001 sustav ili važeći certifikat nezavisnog akreditiranog laboratorija ovlaštenog za certificiranje da ponuditelj ima uveden ISO 9001 sustav upravljanja - dali možemo dostaviti potvrdu proizvođača opreme koji ima integriran ISO 9001 sustav?

ODGOVOR: Naručitelj će prihvatiti certifikat proizvođača.

Zagreb, 15. travnja 2014.

S poštovanjem,

V.D. voditeljica Ureda za nabavu

Maja Džapo

